

# Neuro-Orthopädie

Außen-Ø	0,89 mm
Arbeitslänge	195 mm
Arbeitskanal	0,27 mm
Spülkanal	0,15 mm
Bildleitsystem	6.000 Pixel
Blickrichtung	0° Direktsicht
Bildfeld	70°
Beleuchtung	faseroptisch
Artikelnummer	9300 193 03.A
Sterilisation	autoklavierbar mit Gas oder Plasma
Desinfektion	einlegbar



**Periradiculäre  
Therapie /  
Neurolyse**

**endoskopisch kontrollierte PRT  
endoskopisch kontrollierte Laseroperationen (18G-Nadel)  
endoskopische Arbeit am Foramen Intervertebrale und am Sequester**

Änderungen aufgrund technischer  
Weiterentwicklung vorbehalten.  
Stand 03/03



H.i.T.  
Agentur für innovative Technik  
Bomfelsingasse 13  
D-65589 Hadamar

Telefon: +49/64 33/94 90-937  
Telefax: +49/64 33/94 90-938  
eMail: [info@hit-web.de](mailto:info@hit-web.de)  
Internet: [www.hit-web.de](http://www.hit-web.de)